



Innehåll:

Sid 2-3 Patientnära Analyser

[PNA Kemi](#)

- PNA-gruppens sommarbemanning
- Felsökningstips
- Equalis informativa resultatmejl utökas fr.o.m 1:a september 2024

Sid 4 Biobanken norr

- Öppettider sommaren 2024


Sid 5 Klinisk genetik

- Öppettider sommaren 2024

Sid 6 Klinisk kemi

- Rengöring av rörposttuber vid Norrlands Universitetssjukhus NUS

Sid 7-9 Klinisk mikrobiologi

-  [Klamydia.se](#) och provtagningsdatum - Både rätt och fel fram till mars 2025
- Från och med den 1 juni kör vi analyser för Herpes 2 IgG tre gånger i veckan
- [Påminnelse!](#) Förändring (fr.o.m 1:mars) av provtagningsset för faecesprovtagning vid Klinisk mikrobiologi

Sid 10 Klinisk patologi cytologen

- Nya provtagningsanvisningar för pleura- och ascites/buuskölvätska

PNA-gruppens sommarbemanning

PNA-gruppen, klinisk kemi, har under sommaren reducerad bemanning. Kontakta oss enligt nedan;

Telefon: **090-78 525 24**

V.27-28 Ring eller mejla Annika Swingborg

V.29 Obemannat, ring och lämna röstmeddelande eller mejla Sofie Grönlund, för svar v.30. Under tiden följ nedanstående felsökning.

V.30-32 Ring eller mejla Sofie Grönlund

Felsökningstips

Instrument

Felsök i första hand med hjälp av instrumentets användarmanual.

Kontakta MT om problemet kvarstår.

Reagens- och kontroller

Felsök i första hand med hjälp av produktens bipacksedel.

Kontakta PNA-gruppen om problemet kvarstår.

- Är produkten gammal? Tänk på att hållbarheten ofta förkortas vid öppnade.
- Har produkten förvarats rätt?
- Har provtagningen gjorts korrekt?
- Har produkten använts enligt leverantörens beskrivning?

Kontrollprogram

Om kontrollresultat inte kan skrivas in i kontrollprogrammet, anteckna era resultat på papper och använd de börvärden som leverantören anger, på förpackningen, för att bedöma resultatet. Kontakta PNA-gruppen om problemet kvarstår.

Produktbeställning- och leverans

Kontakta inköp.



Påminnelse om fyllnadsgrad av blodgassprutor

Då vi har upptäckt att det förekommer felaktig volymaspiration med de blodgassprutor som används i regionen, vill vi påminna om att det finns en lista över alla upphandlade blodgassprutor och deras minimivolym.

Kom ihåg att det är viktigt att fylla sprutorna med rätt volym för att få rätt mängd antikoagulantia i blodet och korrekta provsvar.

Dokumentet *"Upphandlade Blodgassprutor med MIN_MAX nivå"* hittar ni här under rubriken "BLODGASER":

<https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/patientnara-analyser-pna/klinisk-kemi-pna>

Equalis informativa resultatmejl utökas fr.o.m. 1 september med ytterligare kvalitetssäkringsprogram

Fr.o.m. 1 sept-2024 införs informativa resultatmejl för följande kvalitetssäkringsprogram;

29	Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker
89	Mononukleos
90	Urintestrensa och graviditetstest
415	D-dimer
571	Snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen

Upplägget är samma som för Equalis program för Glukos, Hb, CRP, HbA1c samt Albumin i urin där det informativa resultatmejlet redan tillämpas. Kort information om ert resultat, en länk till er kompletta rapport samt, i händelse av avvikelse, en rekommenderad åtgärdslista.

- Kontakta PNA-gruppen vid frågor om resultatmejl och åtgärdslista.
- Kontakta Equalis om mottagare av resultatmejl inte stämmer eller om någon ska läggas till.



Prov till Biobanken norr med rörpost

Biobanken norr har följande öppettider sommaren 2024 för mottagning av prov via rörpost



20 juni	Dag före midsommarafton	8-15
---------	-------------------------	------

- I övrigt gäller ordinarie tider d.v.s vardagar 8-16
- Vi har personal på plats hela sommaren

Klinisk Genetik

Öppettider

Vardagar 8–16, undantag dag före röd dag så stänger laboratoriet 15.

Klinisk Genetik har ingen verksamhet under helger, och tar inte emot benmärgsprover för kromosomanalys på fredagar eller dag före röd dag.

På midsommarafton 21/6 håller laboratoriet stängt. **Benmärgsprover** ska därför denna vecka anlända till oss senast onsdag 19/6, på torsdag 20/6 tar vi endast emot akuta prover. *Undantag kan göras för akuta situationer som nydebuterad leukemi och liknande.* Ring laboratoriet på 090- 785 28 00 och meddela att ni tänker skicka ett benmärgsprov.



För frågor, vänligen kontakta Klinisk genetik;

Telefon: 090-785 28 00

E-post: kliniskgenetik@regionvasterbotten.se

Rengöring av rörposttuber vid Norrlands Universitetssjukhus

Instruktionerna kring rengöring av rörposttuberna är uppdaterade, dessa finns att skriva ut från provtagningsanvisningarna under Rörpost.

Detta är instruktionerna:

Avdelningarna ansvarar för att rörposttuberna rengörs regelbundet.

- Följ basala hygienrutiner
- Använd skyddsutrustning såsom handskar, plastförkläde samt stänkskydd vid behov
- Rengöringen bör ske i lämplig lokal exempelvis desinfektionsrum.

Röd rörposttub:

- Diska med allrengöringsmedel eller använd alkoholbaserat rengöringsmedel
- Transportlådorna tål värmebehandling

Tvåfärgad rörposttub röd/blå:

- Vid mindre spill eller rutinmässig rengöring: Dra en mindre trasa fuktad med alkoholbaserat rengöringsmedel genom rören/hållaren för provrören med lämpligt verktyg ex peang.
- Vid större spill behöver insatsen avlägsnas. Kontakta fastighet för demonteringen. Tvåfärgad rörposttub kan därefter rengöras under vattenytan i balja/ho för att undvika stänk, rengör inte under rinnande vatten.
- Var försiktig med den fastklitrade dekalen på insidan, den behövs för att tuben ska fungera. Låt därför inte rörposttuben ligga kvar i vatten under en längre tid och använd inte borste, ta i stället en tvätzlapp.
- Använd allrengöringsmedel och vatten och avsluta med desinfektionsmedel med tensid. Fastighet monterar ihop tuben efter den torkat.



Klamydia.se och provtagningsdatum - både rätt och fel fram till mars 2025

Rätt

Patienter som beställer provtagning via Klamydia.se kan nu registrera provtagningsdatum i samband med att de tar provet. Det gäller enbart provtagningsseten som beställts efter 2024-05-22.

Provtagningsdatum 2024-05-23 och senare från klamydia.se kommer att vara det datum patienten registrerar vid provtagning.

Fel

Provtagningsdatum 2024-05-22 och tidigare kommer vara felaktiga.

För dessa prover är provtagningsdatum samma som beställningsdatum och en del personer väntar flera månader med att ta provet. Analysen utförs så snart provet kommit till labbet och analysdatumet är därmed sannolikt några dagar efter att patienten tagit provet. **Öppna svaret i Ros för att se analysdatum.**

De gamla provtagningsseten kan användas till slutet av februari 2025.

Tacksam om ni kan sprida detta till alla berörda.

Vänliga hälsningar

Åsa Gylfe

Specialistläkare i Klinisk Bakteriologi och Virologi, Med.Dr

Från och med den 1 juni kör vi analyser för Herpes 2 IgG tre gånger/vecka

HSV2 IgG påvisning kommer fr.o.m 1 juni att köras på samma instrument som Herpes 1 IgG och Herpes IgM.

Analysen körs 3 gånger/veckan nu istället av 1 gång/vecka.

Ingen skillnad för kunden i provtagning eller utsvarande. Bara en upplysning om att kunden får snabbare svar på analysen HSV2 IgG.

Informationen om införandet av det nya provtagningssetet har publicerats på Intranätet den 1 mars 2024 samt i LabNytt nr 2-2024

Förändring av provtagningsset för faeces vid klinisk mikrobiologi



Från och med den 15 april ska FecalSwab (artikelnummer 7755) användas vid faecesprovtagning för tarmpatogena virus och bakterier. Det innebär att analys för tarmpatogena virus och bakterier kan beställas på samma rör.

Observera att FecalSwab inte kan användas vid analys av clostridioides difficile, helicobacter pylori antigen och parasitfrågeställningar. För dessa analyser gäller provtagning som tidigare.

Provtagning med FecalSwab skiljer sig en del från tidigare faecesprovtagning, se beskrivning nedan.

- Samla avföring på provtagningspinnen från t ex desinficerat bäcken, blöja eller från toapapper. Pinnen ska endast vidröra avföring, pinnen ska ej gnuggas mot t ex toapapper. Det ska vara en synlig mängd avföring på pinnen, ungefärlig mängd enligt bilden. Alternativ vid vattentunna diarréer: Stryk pinnen mot ändtarmsöppningen direkt efter avföring.



- Placera provtagningspinnen i röret. Kontrollera att den svarta linjen för maximal fyllnad ej överskrids. Om den svarta linjen överskrids, ta nytt prov med nytt provtagningsset.

- Med röret riktat bort från dig, bryt av pinnen vid den röda markeringen och låt spetsen vara kvar i röret. Förslut röret noga med den gröna korken.

- Skaka röret så att provet fördelas jämnt i röret.

Uppdaterade provtagningsanvisningar och patientinstruktioner finns i provtagningsanvisningarna. Se till att skriva ut nya patientinstruktioner för att kunna ge till patienter som tar provet själva.

Vid frågor, kontakta laboratorieinstruktör Elin Johansson.

E-post: elin.a.johansson@regionvasterbotten.se

Telefon: 090-78 518 22

Nya provtagningsanvisningar för pleura- och ascites/buuskölvätska

Vi på Klinisk Cytologi önskar uppmärksamma att provtagningsanvisningar för pleura- och ascites/buuskölvätska har uppdaterats med avseende på provvolym.

Den nya provvolymen som insänds för analys är **max 200 mL**.



Vi passar även på att önska alla våra samarbetskliniker en trevlig sommar!

