

## **Mycoplasma genitalium-diagnostik införs på klinisk mikrobiologi**

### **Ny provtagningsinstruktion**

Klinisk mikrobiologi inför 9 april 2018 diagnostik för *Mycoplasma genitalium*.  
*Det innebär att provet INTE längre får skickas i samma provtagningsrör som för klaymdia och gonorré.*

**Prov för män:** första portionen urin i ett sterilt rör.

**Prov för kvinnor:** vaginalprov med ESwab med rosa kork.

Se provtagningsinstruktionerna.

Alla fynd av *M. genitalium* kommer att testas för makrolidresistensgener.  
Svarstiden är en ca vecka.

Om makrolidresistens påvisas kommer provet att skickas till referenslaboratorium för kinolonresistenspåvisning. Svar på detta kommer från referanslaboratoriet.


Rådgör med STD mottagningen om provtagning och behandling av *M. genitalium*.

*M. genitalium* är en sexuellt överförd bakterie som kan orsaka genital flytning och dysuri. Prov kan tas på patient som har uttalade besvär och där klamydia och gonorréprov är negativa eller om besvär kvarstår efter genomgången klamydiabehandling. Partner ska provtas och behandlas vid positivt testresultat för att förhindra återsmitta. *M. genitalium* omfattas inte av smittskyddslagen och screening rekommenderas inte. Risken för komplikationer efter obehandlad infektion är liten. Antibiotikaresistens är relativt vanligt.

### **Provtagningsutrustning**

#### **ESwab Röd/Rosa kork**

*Styv, flockad pinne med lite större topp. Rör och pinne i samma förpackning.*



Artikel nr: **Economa: 5430** mängd: 1/50

Kunder utanför AC-län: Leverantörens artikelnr: CP480CE