

Patientnära analyser, PNA

PNA-ombud

Alla vårdenheter som utför patientnära analyser, PNA, rekommenderas att utse minst två medarbetare till rollen som PNA-ombud. Laboratorieinstruktörerna för patientnära analyser utbildar och stödjer dessa i deras uppdrag. Som PNA-ombud förväntas man arbeta för att utveckla och upprätthålla fungerande kvalitetssäkringsrutiner för vårdenhetens patientnära analyser.

Tips till PNA-ombud

Några viktiga steg för att upprätthålla väl fungerande kvalitetssäkringsrutiner:

- Endast personal som erhållit ändamålsenlig utbildning får utföra analyser på de patientnära analysinstrumenten.
 - Patientnära analysinstrument nyttjas och underhålls enligt respektive metodbeskrivning.
 - De material och reagens som behövs för att utföra analyserna på de patientnära analysinstrumenten hanteras enligt respektive metodbeskrivning.
 - Patientnära analysinstrument får bara användas för mätning av patientprover när analyskvaliteten har säkerställts.
 - Analyskvaliteten hos de patientnära analysinstrumenten säkerställs genom att interna metodkontroller körs alla de dagar som patientprover analyseras på instrumenten, samt med hjälp av externa kontroller enligt anvisning. (se dokumentet för Analys- och kontrollsortiment).
- Patientnära analysinstrument för vilka brister i analyskvalitet misstänks, tas omgående ur drift och rapporteras till Laboratorieinstruktörerna för PNA. Vid behov av reparation kontaktas därefter Medicinsk Teknik.

Om ovan nämnda punkter ej kan efterföljas ska en avvikelserapport skrivas. Sedan kan Laboratorieinstruktörerna för PNA hjälpa till med den påföljande bedömningen om hur rådande kvalitetsrutiner kan förbättras.