

## Säkerhetsmeddelande: Gåstativ Beta

Efter en incident i ett våtutrymme har tillverkaren av gåstativet Beta gått ut med ett säkerhetsmeddelande samt uppdaterat bruksanvisningen. Gåstativet ska inte användas på blött underlag eftersom fästet då kan försämrats.

[Läkemedelsverket: Gåstativ Beta – Swereco AB](#)